



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo**  
**Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital. As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
92	OTOSCÓPIO COM BATERIA RECARREGÁVEL, FIBRA ÓPTICA COM NO MÍNIMO 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS. otoscópico com bateria recarregável, fibra óptica com no mínimo 05 espéculos reusáveis.	D&S	<b>UDILIFE COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital. As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
02	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. GALÃO DE 05 gl água destilada para autoclave. galão de 05 litros	Águas Vitória	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
03	ÁGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%) 10 VOL. (LITRO). água oxigenada (peróxido de hidrogênio 3%) 10 vol. (litro)	Vic Pharma	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
10	ÁLCOOL GEL 70% EMBALAGEM 500ML álcool etílico hidratado em gel 70%, acondicionado em embalagem de 500 gramas. composição: carbomero, neutralizante, desnaturante, água. deverá constar no rótulo, de forma clara, data de fabricação (mês	Indalabor	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	<p>e ano), prazo de validade (dia, mês e ano), registro no ministério da saúde, nome do responsável técnico com número de inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante ou importador (razão social, cnpj, endereço atualizado), quantidade, modo de usar, composição química detalhada, ingrediente químico ativo, forma de conservação e armazenamento, advertência para reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes e telefone de um centro de toxicologia, com selo de qualidade do inmetro. referência em qualidade: marca ricie ou semelhante. o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 24 meses.</p>				
11	<p>ALCOOL LIQUIDO 70% EMBALGEM 1 LITRO álcool líquido 70° inpm, embalagem com 1 litro, 99,8% de eficácia na destruição de bactéria e vírus, desde que atue por ao menos 10 minutos na superfície de interesse, o álcool 70° é recomendado pela anvisa para utilização em</p>	Vic Pharma	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	hospitais, centros cirúrgicos, clínicas médicas e odontológicas, farmácias e estabelecimentos e ambientes com aglomerações, como estações rodoviárias, repartições públicas, bancos e escolas.o produto deverá apresentar prazo de validade mínima de 24 meses.				
27	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA PLÁSTICA DE 10ML cloreto de sódio 0,9% - ampola plástica de 10ml	Samtec	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
38	CUBA RIM INOX 26X12CM, 700ML cuba rim inox 26x12cm, 700ml	Fami	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
39	CURATIVO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ASSOCIADO A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA OU ANDIROBA curativo a base de ácidos graxos essenciais, associado a óleos de melaleuca e copaíba ou andiroba, rico em ácidos linoléico e oléico, contendo ainda ácido caprico, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina a), acetato de tocoferol (vitamina e) e lecitina de soja. embalado em frascos tipo almotolia, com	Agessani	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	tampa inviolável e autoperfurante. registro na anvisa como correlato classe de risco iii, com indicação para prevenção e tratamento de feridas. registrado na anvisa classe de risco iii. frasco 200ml				
45	ESCALPE DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 23 escalpe dispositivo de infusão intravenosa nº 23.	Medix	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
46	ESCOVA CERVICAL escova cervical usada para coleta de material do canal endocervical, com ponta protegida, composto por haste plástica cilíndrica e cerdas de nylon.	Kolplast	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
54	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL MODELO COLLINS COM APROXIMADAMENTE 116 MM DE EXTENSÃO E 33 MM LARGURA. espéculo vaginal descartável modelo collins com aproximadamente 116 mm de extensão e 33 mm de maior largura distal, valvas que se abrem pela ação de parafuso já acoplado ao orifício de entrada, exibindo em sua extremidade proximal aleta localizada na valva direita com aproximadamente 30mm de extensão para encaixe na fonte de luz, uso	Kolplast	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	único, não estéril, embalado em filme de polietileno/polipropileno. validade mínima de 12 meses.				
55	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE espéculo vaginal estéril por óxido etileno (eto), descartável. as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. o dispositivo de abertura é do tipo parafuso e produzido em poliacetal, acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. tamanho grande (aproximadamente 43mm em sua maior largura distal; 36mm em sua maior largura proximal; 116mm no eixo longitudinal dos elementos articulados).	Kolplast	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
56	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO. espéculo vaginal estéril por óxido etileno (eto), descartável. as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias	Kolplast	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	<p>e/ou protuberâncias. o dispositivo de abertura é do tipo parafuso e produzido em poliacetal, acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. tamanho médio (aproximadamente 33mm em sua maior largura distal; 30mm em sua maior largura proximal; 116mm no eixo longitudinal dos elementos articulados).</p>				
57	<p>ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO espéculo vaginal estéril por óxido etileno (eto), descartável. as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. o dispositivo de abertura é do tipo parafuso e produzido em poliacetal, acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. embalado em papel grau cirúrgico e filme de polietileno/polipropileno. tamanho pequeno (aproximadamente 29mm em sua maior largura distal; 24mm em sua maior largura proximal; 110mm no eixo</p>	Kolplast	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	longitudinal dos elementos articulados).				
63	<p>FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML. fixador citopatológico à base de propilenoglicol e álcool sistema tipo spray com propriedades para fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro. composição: propilenoglicol pm 76.10 .....10g álcool absoluto pm 46.07 qsp ..... 100ml indicação: o fixador citológico é destinado à fixação de esfregaços feitos a partir de material colhido da extocérvice, endocérvice, parede vaginal e esfregaços de material colhido em outras áreas do organismo. o fixador citológico é uma solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação de material biológico na lâmina de vidro e a importante característica de ser facilmente removível quando o material chegar ao laboratório para coloração. borrifado corretamente sobre o esfregaço e após secagem,</p>	Kolplast	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	mantido ao abrigo da luz o esfregaço mantém as características celulares por um período mínimo de 3 meses. frasco de 100ml.				
64	<p>2 FONTE DE ILUMINAÇÃO WIRELESS PARA ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL fonte de iluminação wireless para espéculo vaginal descartável - fonte de led wireless de iluminação para conexão do espéculo vaginal descartável. cabeçote: na cor branca e prata, abriga os componentes eletrônicos do circuito led de iluminação e, lente para irradiação luminosa, com 95 mm comprimento e 25 mm de diâmetro. na tampa inferior está o orifício de encaixe para o espéculo vaginal, com diâmetro de 6mm. na tampa superior está o botão liga/desliga e na lateral plug p4 para encaixe do carregador. acompanha bateria de íons de lítio, de 3,7 v. peso: 90 g. carregador elétrico: bivolt automático, com plug p4 para conexão no cabeçote da fonte. acompanha um pacote de protetor de fonte com 100 unidades.</p>	Kolplast	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES - CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

65	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML. Frasco para alimentação enteral 300ml.	Biobase	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
67	GAZE HIDRÓFILA EM ROLO (TIPO QUEIJO). gaze hidrófili em rolo (tipo queijo) não estéril 91cmx91m com 8 dobras 13 fios 100% algodão	Anápolis	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
86	MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/ ELÁSTICO mascara cirúrgica tripla, com elástico e registro na anvisa, descartável, produzida em polipropileno não tecido, isenta de fibra de vidro, na cor branca, atóxica, não estéril, não inflamável. caixa com 50 unidades.	Medix	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
111	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML. seringa descartável e esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico luer-lok (tipo rosca dupla), siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1. embalagem em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil	SR	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade inmetro. capacidade de 5ml, caixa com 100 unid.				
112	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML seringa descartável e esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico luer-lok (tipo rosca dupla), siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1. embalagem em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade inmetro. capacidade de 20ml, caixa com 100 unid.	SR	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
123	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4 sonda aspiração traqueal nº 4 com válvula. produto descartável. confeccionada em polivinil transparente, flexível, atóxico, de superfície lisa, possuindo um orifício proximal e dois orifícios distais de bordas bem	SR	<b>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

acabadas, provido em outra extremidade de válvula para pressão negativa em pvc rígido e conexão para adaptar-se ao tubo de aspiração. esterilizado e embalado individualmente				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo**  
**Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital. As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
90	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES INCOLOR óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em material plástico preto com proteção superior nas bordas, pino central e duas fendas nas extremidades para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato disponível na cor incolor com apoio nasal e proteção lateral injetados na mesma peça, orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe no arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste vazada com uma	Plastcor	<b>MG DE OLIVEIRA MILHORATO</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste anterior e permite regulagem de tamanho..				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo**  
**Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.


As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
124	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA -TAMANHOS DIVERSOS UND 2.000,000 sonda nasogástrica - longa, descartável esterilizada, em pvc, flexível, transparente, atraumatica, com batoque, tamanho mínimo de 100cm, extremo distal fechado com orifício lateral até 1/3 médio, em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico contendo todas as informações necessárias (tamanhos diversos).	Medix	<b>D&amp;M SAÚDE LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo  
Pregão Eletrônico Nº006/2023

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital. As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
06	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAMANHO 40X1,20MM. agulha descartável hipodérmica tamanho 40x1,20mm , estéril, aço inox, com bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão atóxico colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, cânula siliconizada que desliza facilmente, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. código ean nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. caixa 100 unidades, embaladas individualmente. qualidade inmetro. referência de		<b>BRAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	Não apresentou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	qualidade: marca bd ou semelhante.				
08	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25X6, ESTÉRIL, AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A A agulha descartável hipodérmica, tamanho 25x6, estéril, aço inox, com bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão atóxico colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, cânula siliconizada que desliza facilmente, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. código ean nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. caixa 100 unidades, embaladas individualmente, qualidade inmetro. referência de qualidade: marca bd ou semelhante		<b>BRAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	Não apresentou amostra	Reprovada
09	ÁLCOOL COMUM 92,8 GRAUS, 1.000 ML álcool comum 92,8 graus, em embalagem plástica transparente, 1.000 ml		<b>BRAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	Não apresentou amostra	Reprovada
47	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM FECHO DE METAL. mecanismo com mostrador graduado e		<b>BRAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	Não apresentou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	manômetro resistente com aro de metal cromado. manguito e pera em pvc anti-alérgico e de alta durabilidade. braçadeira adulto confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-alérgico, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização, com fecho de metal. pera com válvula em metal cromado. certificado pela anvisa aferido pelo inmetro e com selo de verificação inicial. acompanha: 01 bolsa de couro ecológico. garantia 1 ano				
61	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA MEDINDO APROX. 50MM X10M. fita adesiva cirúrgica microporosa medindo aprox. 50mm de largura x10m de comprimento		<b>BRAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	Não apresentou amostra	Reprovada
62	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, COM MARCADOR, ROLO COM 19MMX30M fita adesiva para autoclave, com marcador, rolo com 19mmx30m		<b>BRAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	Não apresentou amostra	Reprovada
66	GAZE CIRÚRGICA HIDRÓFILA gaze cirúrgica hidrófila – cor branca, confeccionada com 13 fios/cm <sup>2</sup> no tamanho 7,5cm x 7,5cm, com 05dobras e 8 camadas, não estéril, bordas devidamente voltadas para		<b>BRAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	Não apresentou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



19

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

dentro, que evitam solturas de fios, isenta de quaisquer efeitos prejudiciais a sua perfeita utilização. embaladas em pacotes com 500 compressas. constando externamente os dados de identificação e procedência.				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°004461/2023**

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo**

**Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
13	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 250ML almotolia em plástico, branca, 250 ml, bico reto, com tampa.		<b>C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
14	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARROM 250ML almotolia em plástico, marrom 250 ml, bico reto, com tampa		<b>C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
15	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO, BRANCA, 500ML, BICO RETO, COM TAMPA almotolia em plástico, branca, 500ml, bico reto, com tampa		<b>C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
127	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 16 sonda uretral siliconada nº 16, confeccionada em polivinil, atóxico, transparente, flexível, com dois orifícios laterais na parte		<b>C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

distai, embalagem individual, em filme plástico, constando externamente os dados de identificação, tipo de esterilização, número do lote, data de validade e registro no ministério da saúde.				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo  
Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO  
HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
18	ATADURA CREPE 10 CM DE LARGURA X 1,80 CM DE COMPRIMENTO atadura crepe 10 cm de largura x 1,80 cm de comprimento em repouso ou 4,5m esticada, confeccionada em 80% algodão, 16% poliéster e 4% de elastano, com trama fechada com 13 fios/cm <sup>2</sup> , elasticidade adequada, acabamento nas bordas, que impeça desfiamento e atrito no enfaixamento. .		<b>INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barrêtos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo**

**Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
21	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA USO PCT. 300,000 HOSPITALAR EM TNT. avental descartável sem manga, confeccionado em tnt (polipropileno) aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura, cor branca. pacote com 10 unid.		<b>CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
36	CREME BARREIRA 100G creme e barreira protetora, a base UND 500,000 de óxido de zinco micronizado ou água purificada, etihexil isononanoato, disiloxano, polyisobutileno, copolímero de vp, eicoseno, copolímero de hidroximetil acrilato, sódio acriloldimetil taurato, butilenglicol, físfato oleth-3,		<b>CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	fenixietanol, copolilero hidrogenado de estireno, sopreno, alantoína, carbomero ou água, sílica trimetilada, estearato de éter, fexietanol, parafina, óleo mineral branco, sulfato de magnésio, palmitato de isopropila, glicerina, dissooctil, adipato, ácido acético desidratado, óleo de coco nucifera, ácido benzílico, termolimero acrílico dimeticona. produto deverá ser registro no ministério da saúde. bisnaga 100g				
70	GEL DE MEIOS CONTATOS PARA ELETRODOS COM 100ML. fr 200,000 gel de meios contatos para eletrodos, embalagem com 100ml		<b>CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
77	LENÇOL DE PAPEL - 50MX70CM lençol de papel, rolo rl 300,000 50mx70cm, 100% celulose virgem, caixa c/ 10 rolos.		<b>CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
108	SACO DE LIXO VERMELHO 100 LITROS saco de lixo PCT 30,000 vermelho com símbolo infectante - plásticos (polietileno de alta densidade) para acondicionamento de resíduos infectantes hospitalares descartados em geral, na cor vermelho, de uso único. capacidade 100 litros .		<b>CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	75x90cm. pacote c/ 100 unidades. composição: polietileno de alta densidade. especificações: capacidade (l): 100 litros. espessura:0,6 micra; largura: 75cm, altura: 90cm.				
118	SOLUÇÃO PHMB 100G solução phmb - solução aquosa para UND 500,000 irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de polihexanida (phmb) e betaina. é necessário apresentação de laudos ação bactericida para pseudomonas, salmonella, toxicidade/reactividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea, avaliação do potencial de citotoxicidade e qualidade fabril da água sendo água purificada por sistema de osmose reversa ou água por destilação. registrado na anvisa como produto para saúde, classe de risco iv. apresentação frasco 100ml.		<b>CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
136	TERMÔMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO UND 50,000 termômetro digital laser infravermelho multifuncional no toque. com imagens ilustrativas, múltiplas funções: 0 a 100 °c, dois modos de		<b>CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

<p>temperatura: fahrenheit ou celsius, distância para medição: 3 a 5 cm, notificação sonora de temperatura, 2 x pilhas a,a, medição em 0,5 segundo, medição de temperatura precisa, display lcd de fácil leitura, alarme configurável, desligamento automático em 15 segundos.</p>				
--	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

*Elisa Barretos dos Santos Daroz*  
 Elisa Barretos dos Santos Daroz  
 Fiscal do Contrato



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo**

**Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
23	BACIA REDONDA PARA USO HOSPITALAR. bacia redonda UND 10,000 para uso hospitalar. material de aço inox, diâmetro: 35cm, capacidade: 4.700ml.		<b>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo  
Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO  
HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
31	COLETOR DESCARTÁVEL DE MATERIAIS PERFURO UND 300,000 CORTANTES EM PAPELÃO RESISTENTE, CAPACIDADE 13 LITROS coletor descartável de materiais perfuro cortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita perfurações e vazamento, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança. capacidade útil de 13 litros.		<b>GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
32	COLETOR DESCARTÁVEL DE MATERIAIS PERFURO UND 300,000 CORTANTES, CAPACIDADE 20 LITROS. coletor descartável de materiais perfuro cortantes,		<b>GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita perfurações e vazamento, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança. capacidade útil de 20 litros.				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

*Elisa Barretos dos Santos Daroz*  
 Elisa Barretos dos Santos Daroz  
 Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
 Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
 CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo  
Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO  
HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
41	DETECTOR FETAL PORTÁTIL REGISTRADO PELA ANVISA, UND 10,000 UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS detector fetal portátil registrado pela anvisa, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais (gabinete em abs; botão liga e desliga e de regulagem de intensidade de volume; desligamento automático após 01 minuto sem uso; saída para fone de ouvido; display com contador numérico digital; faixa de medida do bgf de 60 a 210 bpm; bateria de 9vx20mal; dimensões: (lpxa) 100x33x120mm; peso: 260g		<b>CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz

Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo  
Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO  
HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
137	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS FINA, 11,5CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. tesoura cirúrgica íris fina, 11,5cm, confeccionada em aço inoxidável, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.		<b>DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo**

**Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
19	ATADURA CREPE 20CM DE LARGURA X 1,80 CM DE COMPRIMENTO atadura crepe 20 cm de largura x 1,80 cm de comprimento em repouso ou 4,5m esticada, confeccionada em 80% algodão, 16% poliéster e 4% de elastano, com trama fechada com 13 fios/cm2, elasticidade adequada, acabamento nas bordas, que impeça desfiamento e atrito no enfaixamento.		<b>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
28	COLETOR DE FEZES/URINA 50ML. coletor de fezes/urina 50ml, estéril, individual, translúcido, sem pá.		<b>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

79	LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL PULVERIZADA TAMANHO 6,5 luvas em látex 100% natural, pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. (superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e a outros fluidos; bainhas reforçadas e resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo o padrão aql 1,5; alta sensibilidade e conforto; embalagem tipo wallet, indicando a mão direita e esquerda (par); atóxica, esterilizada por óxido de zinco; tamanho 6,5).		<b>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
113	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM BICO SLIP. seringa descartável e esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico slip estéril, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1. embalagem em papel - grau cirúrgico - que garante sua esterilização e de fácil abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade inmetro. capacidade de 20 ml, sem agulha. referência de qualidade: marca bd ou semelhante.		<b>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

114	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML seringa descartável e esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico luer-lok (tipo rosca dupla), siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1. embalagem em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade inmetro. capacidade de 5ml, caixa com 100 unid.		<b>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada
134	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO: 32°C A 42°C, FUNÇÃO DE AUTO-DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUT termômetro clínico digital. faixa de medição: 32°c a 42°c, função de auto-desligamento após 10 minutos		<b>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA</b>	Não entregou amostra	Reprovada

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023**

**Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo  
Pregão Eletrônico Nº006/2023**

**RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO  
HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023**

Relação da segunda remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

**ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:**

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
07	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 20X5,5. agulha descartável hipodérmica, tamanho 20x5,5, estéril, aço inox, com bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão atóxico colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, cânula siliconizada que desliza facilmente, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. código ean nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. caixa 100 unidades, embaladas individualmente, qualidade inmetro. referência de qualidade: marca bd ou semelhante.	TKL	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

24	<p>BOTA DE UNNA BANDAGEM PARA TRATAR ULCERAS VENOSAS bota de unna bandagem para tratar ulceras venosas, arteriais ou mistas curativo ideal para tratamento no minimo 07 dias de ação - bandagem constituída de atadura de rayon, não aderente impregnada com pasta contendo óxido de zinco micronizado (ou substancia equivalente), e age (ácidos graxos essenciais) registrado na anvisa classe de risco iv. tamanho 10,2 x 9,14m.</p>	Derma – Cure Plus	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
34	<p>COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL. compressa de gaze estéril, fios 7.5cm x 7.5cm, dobrada, 100% algodão. hidrófilo, 5 dobras e 8 camadas, atóxica, apirogênica, esterilizada a óxido de etileno. pacote com 10 unidades.</p>	Lívia	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
48	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM FECHO DE VELCRO. mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente com aro de metal cromado. manguito e pera em pvc anti-alérgico e de alta durabilidade. braçadeira adulto confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-alérgico, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização, com fecho de velcro. pera com válvula em metal cromado. certificado pela anvisa aferido pelo inmetro e com selo de verificação inicial. acompanha: 01 bolsa de</p>	Premium	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	couro ecológico. garantia 1 ano				
49	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE GRANDE/OBESO, COM FECHO EM VELCRO. braçadeira obeso de 68 cm para braço de diâmetro 31cm à 39cm. mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. braçadeira confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-alérgico, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização, e fecho em velcro. pera com válvula em metal cromado. certificado pela anvisa aferido pelo inmetro e com selo de verificação inicial. acompanha: 01 bolsa de couro ecológico. garantia 1 ano	Premium	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
50	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE INFANTIL, FECHO EM VELCRO. alta precisão e sensibilidade; nova válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; diagnóstico seguro e confiável; manguito e pera em pvc antialérgico e de alta durabilidade; com braçadeira de nylon antialérgico e tratamento impermeável; fecho em velcro; testado rigorosamente pelo controle de qualidade; certificado pela anvisa; aferido pelo inmetro e 100% com selo de verificação inicial; composição braçadeira: confeccionada em material antialérgico em tecido nylon com fecho em velcro; manguito: bolsa	Premium	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	com tubos interligados entre manômetro, válvula e pêra, confeccionada em pvc antialérgico, isento de látex; pêra: confeccionada em pvc antialérgico, isento de látex de alta resistência, usada para inflar o manguito; válvula: fabricada em latão cromado, usada para comandar a entrada e saída do ar; manômetro: instrumento usado para aferir a pressão arterial. acompanha: 01 bolsa de couro ecológico. garantia 1 ano				
60	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA MEDINDO APROX. 25MM X10M. fita adesiva cirúrgica microporosa medindo aprox. 25mm de largura x10m de comprimento	Cremer	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
72	INDICADOR BIOLÓGICO COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado. a tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. a ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. cada ampola	2i	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. tempo de resposta de no máximo 48 horas. validade: 2 anos. rendimento: 1 ampola por ciclo de esterelização. embalagem com 10 unidades.				
74	LÂMINA DE BISTURI, ESTÉRIL, INOX, Nº 11 lâmina de bisturi, estéril, inox, nº 11	Medix	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
75	LÂMINA DE BISTURI, ESTÉRIL, INOX, Nº 23 lâmina de UND 3.000,000 bisturi, estéril, inox, nº 23	Medix	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
78	LUVA EM LATEX , TAMANHO 7,5 luvas em látex 100% PCT 700,000 natural, pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. (superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e a outros fluidos; bainhas reforçadas e resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo o padrão aql 1,5; altasensibilidade e conforto; embalagem tipo wallet, indicando a mão direita e esquerda (par): atóxica, esterilizada por óxido de zinco; tamanho 7,5) .	Medfeel	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

80	LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL PULVERIZADA TAMANHO PCT 800,000 7 luvas em látex 100% natural, pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. (superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e a outros fluidos; bainhas reforçadas e resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo o padrão aql 1,5; alta sensibilidade e conforto; embalagem tipo wallet, indicando a mão direita e esquerda (par); atóxica, esterilizada por óxido de zinco; tamanho 7).	Medfeel	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
89	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF-2 COM FILTRO UND 1.000,000 fibra sintética de falso tecido, fitas de borracha natural e tira de alumínio. clipe nasal que facilita a vedação e eficiencia do respirador; elástico e presilhas para melhor ajuste; formato dobrável: fácil de armazenar.	Neve	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada
93	OXÍMETRO DA PONTA DO DEDO material: plástico; UND 150,000 exposição: telão led; faixa de medição de spo2: 70% -99%; resolução de spo2: maismn; 1%; precisão de spo2: mais um; 2% (70% -99%), não especificado (lt; 70%); faixa de medição da taxa de pulso: 30-240bpm; resolução da taxa de pulso: plusmn; 1%; precisão da taxa de pulso: plusmn; 2bpm ou plusmn;	Winner Med	<b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b>	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	<p>2% (selecione o maior); baixa perfusão da taxa de pulso: lt; 0.4%; fonte de alimentação: 2 pilhas aaa de 1,5v (não incluídas); tensão de alimentação: 2.6v-3.6v; corrente de trabalho: lt; 30ma; características: mini, portátil, preciso, display digital; tamanho: 100mm x 80mm x 60mm / 3,94 quot; x 3,15 quot; x 2,36 cit; (aprox.). especificações: exposição bidirecional e é ajustável; luz indicadora de baixa tensão, verificações pontuais em tempo real; baixo consumo de energia, pode trabalhar continuamente por 50 horas; desligamento automático, não há sinal; pequeno e leve, fácil de transportar e armazenar; amplamente utilizado em hospitais, saúde em casa, barra de oxigênio, centro médico comunitário, saúde esportiva, etc.</p>				
95	<p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO EM rI 200,000 AUTOCLAVE. TAMANHO 10CMX100 METROS. papel grau cirúrgico para utilização em autoclave com controle da porosidade para manutenção da esterilidade. tamanho 10cmx100metros</p>	Amed	<p><b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b></p>	Atende ao edital	Aprovada
115	<p>SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML seringa descartável e UND esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico luer-lok (tipo rosca dupla), siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle</p>	-	<p><b>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</b></p>	Não entregou amostra	Reprovada

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

<p>preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1. embalagem em papel - grau cirúrgico - que garante sua esterilização e de fácil abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade inmetro. capacidade de 3ml, caixa com 100 unid. referência de qualidade: marca bd ou semelhante.</p>				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 14 de Dezembro de 2023

  
Elisa Barretos dos Santos Daroz  
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000  
CNPJ: 14.004.319/0001-08