



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
18	ATADURA CREPE 10 CM DE LARGURA X 1,80 CM DE UND 7.200,000 COMPRIMENTO atadura crepe 10 cm de largura x 1,80 cm de comprimento em repouso ou 4,5m esticada, confeccionada em 80%		MEDEFEE PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALAR RES LTDA	Atende ao edital	Aprovada


Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-03



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	algodão, 16% poliéster e 4% de elastano, com trama fechada com 13 fios/cm ² , elasticidade adequada, acabamento nas bordas, que impeça desfiamento e atrito no enfaixamento.			
19	ATADURA CREPE 20CM DE LARGURA X 1,80 CM DE UND 7.200,000 COMPRIMENTO atadura crepe 20 cm de largura x 1,80 cm de comprimento em repouso ou 4,5m esticada, confeccionada em 80% algodão, 16% poliéster e 4% de elastano, com trama fechada com 13 fios/cm ² , elasticidade adequada, acabamento nas bordas, que impeça desfiamento e atrito no enfaixamento.	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

61	FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA MEDINDO R\$ 500,000 APROX. 50MM X10M. fita adesiva cirúrgica microporosa medindo aprox. 50mm de largura x10m de comprimento	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA	Atende ao edital	Aprovada
62	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, COM MARCADOR, R\$ 200,000 ROLO COM 19MMX30M fita adesiva para autoclave, com marcador, rolo com 19mmx30m	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA	Atende ao edital	Aprovada
66	GAZE CIRÚRGICA HIDRÓFILA gaze cirúrgica hidrófila – cor UND 800,000 branca, confeccionada com 13 fios/cm ² no tamanho 7,5cm x 7,5cm, com 05dobras e 8 camadas, não estéril, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam solturas de fios, isenta de quaisquer efeitos prejudiciais a sua perfeita utilização. embaladas em pacotes com 500	MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES


<p>compressas. constando externamente os dados de identificação e procedência.</p>				
<p>136</p> <p>TERMÔMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO UND 50,000 termômetro digital laser infravermelho multifuncional no toque. com imagens ilustrativas, múltiplas funções: 0 a 100 ºc, dois modos de temperatura: fahrenheit ou celsius, distância para medição: 3 a 5 cm, notificação sonora de temperatura, 2 x pilhas a,a, medição em 0,5 segundo, medição de temperatura precisa, display lcd de fácil leitura, alarme configurável, desligamento automático em 15 segundos.</p>		<p>MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALA RES LTDA</p>	<p>Atende ao edital</p>	<p>Aprovada</p>

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023


Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000


CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº 006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.


A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000

CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
21	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA PARA USO PCT. 300.000 HOSPITALAR EM TNT. avental descartável sem manga, confeccionado em tnt (polipropileno) aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura, cor branca. pacote com 10 unid.	PROT DESK	MG DE OLIVEIRA MILHORATO	Atende ao edital	Aprovada

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
09	ÁLCOOL COMUM 92,8 GRAUS, 1.000 ML álcool comum 92,8 graus, em embalagem plástica transparente, 1.000 ml	PROLINK	D&M SAÚDE LTDA	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29250-000

CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do prego Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
36	CREME BARRREIRA 100G creme e barreira protetora, a base de óxido de zinco micronizado ou água purificada, ethexil isononanoato, disiloxano, polyisobutileno, copolimerio de vp, eicoseno, copolimerio de hidroximetil acrilato, sódio acriloldimetil taurato, butilenglicol, físfato oleth-3, fenixietanol, copolilero hidrogenado de estireno,	Pielsana	AMP Comercio do Produtos Hospitalares LTDA	Atende ao edital	Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	sopreno, alantoina, carbomero ou água, sílica trimetilada, estearato de éter, fexietarol, parafina, óleo mineral branco, sulfato de magnésio, palmitato de isopropila, glicerina, dissooctil, adipato, ácido acético desidratado, óleo de coco nucífero, ácido benzílico, termolímico acrílico dimeticona. produto deverá ser registro no ministério da saúde. hisnaga 100g			
118	SOLUÇÃO PHMB 100G solução phmb - solução aquosa para UND 500,000 irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de polihexanida (phmb) e	PielSana	AMP Comercio do Produtos Hospitalares LTDA	Atende ao edital Aprovada

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 - Centro, Rio Novo do Sul/ES - CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES

<p>betaina. é necessário apresentação de laudos ação bactericida para pseudomonas, salmonella, toxicidade/reactividade biológica intracutânea; sensibilidade cutânea, avaliação do potencial de citotoxicidade e qualidade de da água sendo água purificada por sistema de osmose reversa ou água por destilação. registrado na anvisa como produto para saúde, classe de risco iv. apresentação frasco 100ml.</p>				
--	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
70	GEL DE MEIOS CONTATOS PARA ELETRÓDOS COM 100ML. gel de meios contatos		BRAXTER HOSPITALAR LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	para eletrodos, embalagem com 100ml				
134	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO: UND 200,000 32°C A 42°C, FUNÇÃO DE AUTO-DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUT termômetro clinico digital. faixa de medição: 32° c a 42° c, função de auto-desligamento após 10 minutos.	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.	

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023

Elisa Barretos dos Santos Daroz

Fiscal do Contrato


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo
Pregão Eletrônico Nº006/2023

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000

CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
06	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAMANHO CX 20,000 40X1,20MM. agulha descartável hipodérmica tamanho 40x1,20mm , estéril, aço inox, com bisel trifacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão atóxico colorido para facilitar a identificação visual		C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

<p>do calibre da agulha, cânuia silicônica que desliza facilmente, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. código ean nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. caixa 100 unidades, embaladas individualmente. qualidade imetr. referência de qualidade: marca bd ou semelhante.</p>	
<p>32</p> <p>O COLETOR DESCARTÁVEL DE MATERIAIS PERFURO UND 300,000 CORTANTES, CAPACIDADE 20 LITROS. coletor descartável de materiais perfuro cortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento</p>	<p>C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTD A</p> <p>Amostra não foi entregue.</p> <p>Reprovada.</p>


Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

interno que evita perfurações e vazamento, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança. capacidade útil de 20 litros				
--	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.


ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
------	-----------	-------	-------------------	----------------------------	-------------------

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000

CNPJ: 14.004.319/0001-08




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

28	COLETOR DE FEZES/URINA 50ML. coletor de fezes/urina UND 500,000 50ml, estéril, individual, translúcido, sem pá.	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.
31	COLETOR DESCARTÁVEL DE MATERIAIS PERFURO UND 300,000 CORTANTES EM PAPELÃO RESISTENTE, CAPACIDADE 13 LITROS coletor descartável de materiais perfuro cortantes, em papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita perfurações e vazamento, com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança. capacidade útil de 13 litros.	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01.- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo
Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO
Nº 006/2023

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
13	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BRANCA 250ML almotolia em UND 25,000 plástico, branca, 250 ml, bico reto, com tampa.		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.
14	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARRON 250ML almotolia em UND 25,000 plástico, marrom 250 ml, bico reto, com tampa.		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

15	ALMOTOLIA EM PLÁSTICO, BRANCA, 500ML, BICO RETO, UND 25,000 COM TAMPA almotolia em plástico, branca, 500ml, bico reto, com tampa		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.
77	LENÇOL DE PAPEL - 50MX70CM lençol de papel, rolo r1 300,000 50mx70cm, 100% celulose virgem, caixa c/ 10 rolos.		COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTI COS LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000

CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
47	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM FECHO UND 50,000 DE METAL. mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente com aro de metal cromado. manguito e pera em pvc anti-alérgico e de alta durabilidade. braçadeira adulto confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-alérgico, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização, com fecho de metal. pera com válvula em metal cromado. certificado pela anvisa aferido		Costa & Souza Comercio Hospitalar Ida	Amostra não foi entregue	Reprovada.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

pelo inmetro e com selo de verificação inicial. acompanha: 01 bolsa de couro ecológico. garantia 1 ano				
--	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023

Elisa Barretos dos Santos Daroz
Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANALISE
79	LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL PULVERIZADA TAMANHO PCT 500,000 6,5 luvas em látex 100% natural, pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. (superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e a outros fluidos; bainhas reforçadas e		GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo o padrão aql 1,5; alta sensibilidade e conforto; embalagem tipo wallet, indicando a mão direita e esquerda (par); atóxica, esterilizada por óxido de zinco; tamanho 6,5).				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
08	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25X6, cx 15,000 ESTÉRIL, AÇO INOX, COM BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A A agulha descartável hipodérmica, tamanho 25x6,	Medix	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Atende o Edital	Aprovado

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000

CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

<p>estéril, aço inox, com bisei trífacetado que torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente, canhão atóxico colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha, cânula siliconizada que desliza facilmente, protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. código ean nas embalagens unitárias e nas caixas das agulhas. caixa 100 unidades, embaladas individualmente, qualidade immetro. referência de qualidade: marca bd ou semelhante</p>				
--	--	--	--	--

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

23	BACIA REDONDA PARA USO HOSPITALAR. bacia redonda UND 10,000 para uso hospitalar. material de aço inox, diâmetro: 35cm, capacidade: 4.700ml.	Fami	HOSPDRROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Atende o edital	Aprovado
113	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM BICO SLIP. seringa UND 500,000 descartável e esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico slip estéril, siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1.	SR	HOSPDRROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Atende o edital	Aprovado

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	embalagem em papel - grau cirúrgico - que garante sua esterilização e de fácil abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade immetro. capacidade de 20 ml, sem agulha. referência de qualidade: marca bd ou semelhante.			
114	SERINGA DESCARTÁVEL SML seringa descartável e UND 1.000,000 esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico luer-lok (tipo rosca dupla), siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção	SR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Atende o edital Aprovado

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1. embalagem em papel "grau cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade immetro. capacidade de 5ml, caixa com 100 unid.				
115	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML seringa descartável e UND esterilizada por óxido de etileno, feita em plástico atóxico, com bico luer-lok (tipo rosca dupla), silicônica interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração	SR	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Atende o edital	Aprovado

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

	e aplicação de medicamentos. cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, com graduação milimetrada de 0,1 em 0,1. embalagem em papel - grau cirúrgico - que garante sua esterilização e de fácil abertura. códigos ean nas embalagens unitárias e nas caixas das seringas. qualidade immetro. capacidade de 3ml, caixa com 100 unid. referência de qualidade: marca bd ou semelhante.				
127	SONDA URETRAL SILICONADA Nº 16 sonda uretral UND 1.000,000 siliconada nº 16, confeccionada em polivinil, atóxico, transparente, flexível,	Biosani	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Atende o edital	Aprovado

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

com dois orifícios laterais na parte distal, embalagem individual, em filme plástico, constando externamente os dados de identificação, tipo de esterilização, número do lote, data de validade e registro no ministério da saúde.				
--	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo

Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO

Nº 006/2023


Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital. A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
137	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS FINA, 11,5CM, UND 30,000 CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. tesoura cirúrgica íris fina, 11,5cm, confeccionada em aço		Endogermais Equipamentos Médicos LTDA	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES


inoxidável, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.				
--	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023

Elisa Barretos dos Santos Daroz
Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023
Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo
Pregão Eletrônico Nº006/2023

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 006/2023

Relação da terceira remessa de amostras solicitadas aos segundos colocados do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no Anexo I do edital. A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	EMPRESA VENCEDORA	JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO	RESULTADO ANÁLISE
41	DETECTOR FETAL PORTÁTIL REGISTRADO PELA ANVISA, UND 10,000 UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS detector fetal portátil registrado pela anvisa, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais (gabinete em abs; botão liga e desliga e de regulagem de		Sul Services Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Ltda	Amostra não foi entregue.	Reprovada.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

intensidade de volume; desligamento automático após 01 minuto sem uso; saída para fone de ouvido; display com contador numérico digital; faixa de medida do bgf de 60 a 210 bpm; bateria de 9vx20mai; dimensões: (lxpxa) 100x33x120mm; peso: 260g				
---	--	--	--	--

Rio Novo do Sul – ES, 26 de Dezembro de 2023

Elisa Barretos dos Santos Daroz
Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01 – Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08