



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo
Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023

Relação da (5º) quinta remessa de amostras solicitadas aos (5º) quinto colocado do pregão Nº **006/2023**, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

| LOTE | DESCRIÇÃO | MARCA | EMPRESA VENCEDORA | JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO | RESULTADO ANALISE |
|------|--|-----------|---|----------------------------|-------------------|
| 77 | LENÇOL DE PAPEL - 50MX70CM lençol de papel, rolo 50mx70cm, 100% celulose virgem, caixa c/ 10 rolos. | Descarbox | MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALARES LTDA | Atende o edital | Aprovado |
| 134 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO: 32°C A 42°C, FUNÇÃO DE AUTO-DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUT termômetro clínico digital. faixa de medição: 32°C a 42°C, função de auto-desligamento após 10 minutos. | Med | MEDEFE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALARES LTDA | Não atende o edital | Reprovado |

Rio Novo do Sul – ES, 19 de fevereiro de 2024


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo
Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023

Relação da (5º) quinta remessa de amostras solicitadas aos (5º) quinto colocado do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.


As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

| LOTE | DESCRIÇÃO | MARCA | EMPRESA VENCEDORA | JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO | RESULTADO ANALISE |
|------|---|-------|---|----------------------------|-------------------|
| 01 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL REGISTRADO PELA ANVISA, UND 10,000 UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS detector fetal portátil registrado pela anvisa, utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais (gabinete em abs; botão liga e desliga e de regulagem de intensidade de volume; desligamento automático após 01 minuto sem uso; saída para fone de ouvido; display com contador numérico digital; faixa de medida do bgf de 60 a 210 bpm; bateria de 9vx20mal; dimensões: (lxpxa) 100x33x120mm; peso: 260g | | MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA | Não apresentou amostras | Reprovado |

Rio Novo do Sul – ES, 19 de fevereiro de 2024


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004461/2023

Tipo: Registro de preços para aquisição de material médico hospitalar de consumo
Pregão Eletrônico Nº006/2023

RESULTADO DA ANÁLISE DA REMESSA DAS AMOSTRAS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2023

Relação do (5º) quinto remessa de amostras solicitadas ao (5º) quinto colocado do pregão Nº 006/2023, levando em consideração as especificações contidas no termo de referência do edital.

As amostras foram avaliadas quanto aos requisitos de qualidade e sua compatibilidade com as especificações estabelecidas no **Anexo I** do edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS:

| LOTE | DESCRIÇÃO | MARCA | EMPRESA VENCEDORA | JUSTIFICATIVA DA AVALIAÇÃO | RESULTADO ANALISE |
|------|---|---------|---|----------------------------|-------------------|
| 47 | ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO, COM FECHO DE METAL. mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente com aro de metal cromado. manguito e pera em pvc anti-alérgico e de alta durabilidade. braçadeira adulto confeccionada em nylon resistente, flexível e anti-alérgico, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização, com fecho de metal. pera com válvula em metal cromado. certificado pela anvisa aferido pelo inmetro e com selo de verificação inicial. acompanha: | Premium | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Atende o Edital | Aprovado |

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01- Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

| | | | | | |
|----|---|-------|---|-----------------|----------|
| | 01 bolsa de couro ecológico. garantia 1 ano | | | | |
| 79 | LUVAS EM LÁTEX 100% NATURAL PULVERIZADA TAMANHO 6,5 luvas em látex 100% natural, pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho para facilitar o calçamento. (superfície microtexturizada, antideslizante, totalmente impermeável a água e a outros fluidos; bainhas reforçadas e resistentes, com tensão de ruptura mínima atendendo o padrão aql 1,5; alta sensibilidade e conforto; embalagem tipo wallet, indicando a mão direita e esquerda (par); atóxica, esterilizada por óxido de zinco; tamanho 6,5). | Medix | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Atende o edital | Aprovado |

Rio Novo do Sul – ES, 15 de fevereiro de 2024


Elisa Barretos dos Santos Daroz
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Joaquim Alves, nº 01– Centro, Rio Novo do Sul/ES – CEP 29290-000
CNPJ: 14.004.319/0001-08